



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД07.Н01675

Срок действия с 27.12.2019

по 26.12.2022

№ 0490506

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подьяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495) 221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Датчики давления «ЭМИС-БАР»
ТУ 26.51.52-080-14145564-2018

Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
26.51.52.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Устойчивы к вибрациям частотой от 10 до 2000 Гц и с ускорением, не превышающим 98 м/с², и относятся к группе G2 по ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»

код ТН ВЭД
9026 20 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»
Адрес: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Ленина, д.3, офис 308
Адрес места осуществления деятельности: 456518, Российская Федерация, Челябинская обл., Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, д. 7/1
ИНН: 7729428453

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»
Адрес: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Ленина, д.3, офис 308
Адрес места осуществления деятельности: 456518, Российская Федерация, Челябинская обл., Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, д. 7/1
Телефон: (351) 729-99-16. E-mail: sales@emis-kip.ru
ИНН: 7729428453

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 427-12-19/15-ЦТ от 27.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Есетта
подпись
Есипова
подпись

К.А. Экхарт

инициалы, фамилия

Л.Н. Есипова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации