

ЭМИС-ВЕКТА  
1120.000.000.000.00 ПС  
25/12/2019  
v. 1.1.0

# УСТРОЙСТВО ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ «ЭМИС-ВЕКТА 1120» Паспорт

[www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)



ЗАО «ЭМИС»  
Россия, Челябинск

 **ЭМИС**  
производство расходомеров

<b>1. Общие сведения</b>	Устройство отбора давления «ЭМИС-ВЕКТА 1120» (далее - отборное устройство) предназначены для соединения манометров и датчиков давления с сосудами и трубопроводами. Используются для защиты датчиков от воздействия резких перепадов давления и высокой температуры измеряемой среды. Обозначение: ЭМИС-ВЕКТА 1120 _____ _____ Заводской номер _____ Материал трубки: _____ Материал клапанного блока: 12Х18Н10Т Изготовлено ЗАО «ЭМИС», Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3, офис 308, <a href="http://www.emis-kip.ru/">http://www.emis-kip.ru/</a>											
<b>2. Основные технические данные</b>	Допустимое давление среды: <input type="checkbox"/> 16 МПа <input type="checkbox"/> 25 МПа <input type="checkbox"/> 32 МПа Максимальная температура среды: <input type="checkbox"/> +250°C <input type="checkbox"/> +320°C <input type="checkbox"/> +350°C <input type="checkbox"/> +430°C <input type="checkbox"/> +460°C Масса, не более: 1,2 кг											
<b>3. Комплектность</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="396 568 732 609">Комплект поставки</th> </tr> <tr> <td data-bbox="396 609 732 686"> <input type="checkbox"/> Устройство отбора давления ЭМИС-ВЕКТА 1120, в составе:         </td> <td data-bbox="732 609 1039 686">           1) Импульсная трубка – 1 шт;            2) Блок клапанный – 1 шт;            3) Прокладка медная – 2 шт.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="396 686 732 740"> <input type="checkbox"/> ЭВ-1120.000.000.000.00 ПС         </td> <td data-bbox="732 686 1039 740">           Паспорт         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="396 740 732 798"> <input type="checkbox"/> ЭВ-1120.000.000.000.00 РЭ (1 экземпляр на партию)         </td> <td data-bbox="732 740 1039 798">           Руководство по эксплуатации         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="396 798 1039 855">           Примечание: Руководство по эксплуатации размещено на сайте компании по адресу <a href="http://www.emis-kip.ru/">http://www.emis-kip.ru/</a> </td> </tr> </table>		Комплект поставки		<input type="checkbox"/> Устройство отбора давления ЭМИС-ВЕКТА 1120, в составе:	1) Импульсная трубка – 1 шт; 2) Блок клапанный – 1 шт; 3) Прокладка медная – 2 шт.	<input type="checkbox"/> ЭВ-1120.000.000.000.00 ПС	Паспорт	<input type="checkbox"/> ЭВ-1120.000.000.000.00 РЭ (1 экземпляр на партию)	Руководство по эксплуатации	Примечание: Руководство по эксплуатации размещено на сайте компании по адресу <a href="http://www.emis-kip.ru/">http://www.emis-kip.ru/</a>	
Комплект поставки												
<input type="checkbox"/> Устройство отбора давления ЭМИС-ВЕКТА 1120, в составе:	1) Импульсная трубка – 1 шт; 2) Блок клапанный – 1 шт; 3) Прокладка медная – 2 шт.											
<input type="checkbox"/> ЭВ-1120.000.000.000.00 ПС	Паспорт											
<input type="checkbox"/> ЭВ-1120.000.000.000.00 РЭ (1 экземпляр на партию)	Руководство по эксплуатации											
Примечание: Руководство по эксплуатации размещено на сайте компании по адресу <a href="http://www.emis-kip.ru/">http://www.emis-kip.ru/</a>												
<b>4. Сведения об обезжиривании (для кислородного исполнения)</b>	Очищен и обезжирен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.052-81. Жировых загрязнений не обнаружено. <b>Обезжиривание произвел</b>  _____ Дата _____ ФИО _____ Подпись _____  <div style="text-align: right;">М.П.</div>											
<b>5. Свидетельство о приемке</b>	Устройство отбора давления «ЭМИС-ВЕКТА 1120» соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.  Ответственный за приемку _____  <div style="text-align: right;">М.П.</div>											

<b>6. Свидетельство об упаковке</b>	Устройство отбора давления ЭМИС-ВЕКТА 1120 упаковано согласно требованиям конструкторской документации. Дата упаковки _____ Ответственный за упаковку _____ _____
<b>7. Гарантии изготовителя</b>	Изготовитель гарантирует соответствие отборных устройств требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.
<b>8. Свидетельство о вводе в эксплуатацию</b>	Дата ввода в эксплуатацию _____ Должность, фамилия и подпись ответственного лица _____

[www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)**ЗАО «ЭМИС»**

Российская Федерация, 454091,  
Челябинск, пр. Ленина, 3, офис  
308

**Служба продаж**

+7 (351) 729-99-12  
(многоканальный)  
+7 (351) 729-99-16

[sales@emis-kip.ru](mailto:sales@emis-kip.ru)

**Служба технической  
поддержки и сервиса**

+7 (351) 729-99-12  
доб. 741, 744, 756, 763.

[support@emis-kip.ru](mailto:support@emis-kip.ru)